



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 августа 2022 года № ФСР 2009/06176

На медицинское изделие

**Облучатель ультрафиолетовый кварцевый в вариантах исполнения:
ОУФК-01 «Солнышко», ОУФК-01М «Солнышко», ОУФК-01-1 «Солнышко»,
ОУФК-01-1М «Солнышко» с принадлежностями по ТУ 9444-006-25616222-2009**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Солнышко"
(ООО "Солнышко"), Россия,

603070, г. Нижний Новгород, Мещерский б-р, д. 7, к. 2, помещ. 13, 14

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Солнышко"
(ООО "Солнышко"), Россия,

603070, г. Нижний Новгород, Мещерский б-р, д. 7, к. 2, помещ. 13, 14

Место производства медицинского изделия

**ООО "Солнышко", Россия, 603070, г. Нижний Новгород, Мещерский б-р, д. 7,
к. 2, помещ. 13, 14**

Номер регистрационного досье № РД-46650/92982 от 29.12.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **26.60.13.180**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 15 августа 2022 года № 7496
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0064434

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 августа 2022 года № ФСР 2009/06176

Лист 1

На медицинское изделие

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый в вариантах исполнения: ОУФК-01 «Солнышко», ОУФК-01М «Солнышко», ОУФК-01-1 «Солнышко», ОУФК-01-1М «Солнышко» с принадлежностями по ТУ 9444-006-25616222-2009:

I. Исполнение ОУФК-01 «Солнышко»:

1. Облучатель - 1 шт.
2. Тубус с выходным отверстием Ø 5мм - 1 шт.
3. Тубус с выходным отверстием Ø 15мм - 1 шт.
4. Тубус с выходным отверстием под углом 60° - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Очки защитные открытые 037-УФ Универсал Титан - 1 шт.
2. Очки защитные открытые Спектр-«Солнышко» - 1 шт.
3. Биодозиметр - 1 шт.

II. Исполнение ОУФК-01М «Солнышко»:

1. Облучатель - 1 шт.
2. Тубус с выходным отверстием Ø 5мм - 1 шт.
3. Тубус с выходным отверстием Ø 15мм - 1 шт.
4. Тубус с выходным отверстием под углом 60° - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Очки защитные открытые 037-УФ Универсал Титан - 1 шт.
2. Очки защитные открытые Спектр-«Солнышко» - 1 шт.
3. Биодозиметр - 1 шт.

III. Исполнение ОУФК-01-1 «Солнышко»:

1. Облучатель - 1 шт.
2. Тубус с выходным отверстием Ø 5мм - 1 шт.
3. Тубус с выходным отверстием Ø 15мм - 1 шт.
4. Тубус с выходным отверстием под углом 60° - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Очки защитные открытые 037-УФ Универсал Титан - 1 шт.
2. Очки защитные открытые Спектр-«Солнышко» - 1 шт.
3. Биодозиметр - 1 шт.

IV. Исполнение ОУФК-01-1М «Солнышко»:

1. Облучатель - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0105985

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 15 августа 2022 года № ФСР 2009/06176

Лист 2

2. Тубус с выходным отверстием Ø 5мм - 1 шт.
3. Тубус с выходным отверстием Ø 15мм - 1 шт.
4. Тубус с выходным отверстием под углом 60° - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Очки защитные открытые 037-УФ Универсал Титан - 1 шт.
2. Очки защитные открытые Спектр-«Солнышко» - 1 шт.
3. Биодозиметр - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0105984