



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 03 октября 2017 года № РЗН 2017/6315

На медицинское изделие

**Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-02М" по ГИКС.941519.115ТУ
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Елатомский приборный завод" (АО "ЕПЗ"), Россия,
391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25**

Производитель

**Акционерное общество "Елатомский приборный завод" (АО "ЕПЗ"), Россия,
391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25**

Место производства медицинского изделия

**АО "ЕПЗ", Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район,
р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25**

Номер регистрационного досье № РД-18037/30006 от 29.05.2017

Вид медицинского изделия 285040

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.13.130

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 03 октября 2017 года № 8417
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0034888

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2017 года № РЗН 2017/6315

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-02М" по ГИКС.941519.115ТУ
с принадлежностями:**

I. Варианты исполнения:

1. Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-02М".
2. Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-02М" (экспортное исполнение).

II. Состав изделия:

1. Блок управления - 1 шт.
2. Стойка - 1 шт.
3. Основной излучатель - не более 4 шт.
4. Линейка излучающая гибкая - не более 2 шт.
5. Излучатель оголовье - не более 1 шт.
6. Излучатель офтальмологический - не более 1 шт.
7. Локальный излучатель - не более 1 шт.
8. Устройство сопряжения (разветвитель) - не более 1 шт.
9. Столик-штатив - не более 1 шт.
10. Штатив - не более 2 шт.

III. Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.

IV. Принадлежности:

1. Ручка - не более 4 шт.
2. Держатель - не более 2 шт.
3. Ремешок - не более 4 шт.
4. Крепление катушечной группы - не более 4 шт.
5. Крючок - не более 2 шт.
6. Индикатор магнитного поля - 1 шт.
7. Ключ имбусовый 6 мм - не более 1 шт.
8. Ключ имбусовый 3 мм - не более 1 шт.

7

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0040338