ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Монитор"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344068, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Краснокурсантская, дом 104а
Основной государственный регистрационный номер 1026103172589.
Телефон: 78632436377 Адрес электронной почты: mon@monitor-ltd.ru
в лице Генерального директора Попова Юрия Борисовича
заявляет, что Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д" в вариантах исполнения: ЭК12Т-01-«Р-Д»/63, ЭК12Т-01-«Р-Д»/141, ЭК12Т-01-«Р-Д»/260.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Монитор"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344068, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Краснокурсантская, дом 104а
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2660-005-24149103-2018 «Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д"».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018110000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 271-03-20/12-ЦТ от 19.03.2020 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007)
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 "Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания". Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.03.2025 включительно.

(подпись) М.П. Попов Юрий Борисович
(Ф.И.О. заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие МОНИТОР г.Ростов-на-Дону Россия рег. № 1109-КР

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ26.В.01017/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.03.2020