



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 13 июля 2021 года № РЗН 2018/7626

На медицинское изделие

Стерилизатор плазменный универсальный "Пластер-30К-Мед ТеКо"
по ТУ 32.50.12-031-56812193-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"),
Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт,
д. 16, к. 2

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"),
Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт,
д. 16, к. 2

Место производства медицинского изделия

ООО "Мед ТеКо", Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи,
Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Номер регистрационного досье № РД-42308/41336 от 23.06.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 13 июля 2021 года № 6607
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0058150

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 июля 2021 года

№ РЗН 2018/7626

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор плазменный универсальный "Пластер-30К-Мед ТеКо"
по ТУ 32.50.12-031-56812193-2017, в составе:

1. Стерилизатор плазменный универсальный "Пластер-30К-МедТеКо" - 1 шт.
2. Расходные материалы:
 - 2.1. Стерилизующий агент: средство стерилизующее "СТ-60-Мед ТеКо", для пероксидно-плазменных стерилизаторов по ТУ 9392-027-56812193-2015, (6 фл. х 95 мл) - 1 уп.
 - 2.2. Индикатор биологический для контроля режимов стерилизации:
 - индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) "БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР", производства ООО "НПФ "ВИНАР", Россия, РУ № РЗН 2014/2176 - 1 уп., или
 - индикатор биологический одноразового применения для контроля процессов плазменной (пероксидной) стерилизации БИКСт-Пл/01-"Медтест", производства ЗАО "Медтест", Россия, РУ № ФСР 2011/12867 - 1 уп.
 - 2.3. Материал упаковочный:
 - пакеты и рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации: рулоны плоские (материал Тайвек/пленка) - длина рулона 70 м, ширина (мм): 75; 100; 150; 200; 250; 300, производства ООО "КЛИНИПАК», Россия, РУ № ФСР 2011/12874 - 1 рулон, или
 - материал упаковочный одноразовый для стерилизации медицинских изделий iPACK (АЙПАК): рулон комбинированный iPACK (АЙПАК) для плазменной стерилизации: термосвариваемый (RPP) - длина рулона 70 м, ширина (мм): 75; 100; 150; 200; 250; 300, производства ООО "ИНТЕРС'ЭН-плюс", Россия, РУ № РЗН 2014/2251 - 1 рулон.
 - 2.4. Индикаторы химические:
 - индикатор химический одноразового применения для контроля параметров режимов газовой стерилизации в атмосфере плазмы пероксида водорода ИКПлСт-"Медтест", производства ЗАО "Медтест", Россия, РУ № ФСР 2010/08225 (500 шт./уп.) - 1 уп., или
 - индикаторы газовой стерилизации химические одноразовые: индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый многорежимный класса 5 "ВИНАР- ПЛАЗМА-5Класс", производства ООО "НПФ "ВИНАР", Россия, РУ № РЗН 2014/2141 (500 шт./уп.) - 1 уп.
 - 2.5. Чековая лента из термобумаги 80x12x50 (Ш x Овн x Он) - 1 рулон.
3. Устройство для ручной транспортировки стерилизатора - 2 комплекта, в составе:
 - рым-болт М 16х2, L=125 мм - 2 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

00857 8

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 июля 2021 года

№ РЗН 2018/7626

Лист 2

- труба Ф22х2, L=250 мм - 1 шт.

4. Эксплуатационная документация:

4.1. Руководство по эксплуатации ПИЮШ.56812193.031РЭ - 1 шт.

4.2. Паспорт ПИЮШ.56812193.031ПС - 1 шт.

И

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

00857/9