



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 15 сентября 2014 года № РЗН 2014/1950

На медицинское изделие

Аквадистилляторы электрические ДЭ-М по ТУ 9452-001-23159878-2013

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью

**«Завод «Электромедоборудование» (ООО «Завод «ЭМО»)), Россия,
198095, Санкт-Петербург, Химический переулок, д. 1, литер О**

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью

**«Завод «Электромедоборудование» (ООО «Завод «ЭМО»)), Россия,
198095, Санкт-Петербург, Химический переулок, д. 1, литер О**

Место производства медицинского изделия

198095, Санкт-Петербург, Химический переулок, д. 1, литер О

Номер регистрационного досье № РД-2958/49437 от 28.01.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5240**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 15 сентября 2014 года № 645-З/14
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0008269

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 сентября 2014 года № РЗН 2014/1950

Лист 1

На медицинское изделие

Аквадистилляторы электрические ДЭ-М по ТУ 9452-001-23159878-2013:

I. Аквадистиллятор электрический ДЭ – 4М в составе:

- аквадистиллятор - 1 шт.
- электроцит - 1 шт.
- кран шаровой (вода) ½", бабочка, ГОСТ 21345-2005, Россия - 1 шт.
- трубка медицинская резиновая типа 68х1,5 длиной 0,5 м, ГОСТ 3399, Россия или трубка медицинская ПВХ 8х2,0, ТУ 9436-018-00149536-98, Россия - 1 шт.
- электронагреватель 1500 Вт, 220 В - 1 шт.
- вставка плавкая ВПБ-6-1А, АГО.451303 ТУ, Россия - 1 шт.

II. Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М в составе:

- аквадистиллятор - 1 шт.
- электроцит - 1 шт.
- кран шаровой (вода) ½", бабочка, ГОСТ 21345-2005, Россия - 1 шт.
- трубка медицинская резиновая типа 68х1,5 длиной 0,5 м, ГОСТ 3399, Россия или трубка медицинская ПВХ 8х2,0, ТУ 9436-018-00149536-98, Россия - 1 шт.
- электронагреватель 2500 Вт, 220 В - 2 шт.
- вставка плавкая ВПБ-6-1А, АГО.451303 ТУ, Россия - 1 шт.

III. Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М в составе:

- аквадистиллятор - 1 шт.
- электроцит - 1 шт.
- кран шаровой (вода) ½", бабочка, ГОСТ 21345-2005, Россия - 1 шт.
- трубка медицинская резиновая типа 68х1,5 длиной 0,5 м, ГОСТ 3399, Россия или трубка медицинская ПВХ 8х2,0, ТУ 9436-018-00149536-98, Россия - 1 шт.
- электронагреватель 2500 Вт, 220 В - 2 шт.
- вставка плавкая ВПБ-6-1А, АГО.451303 ТУ, Россия - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0007945



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Электромедоборудовани»

Место нахождения (адрес юридического лица): 198095, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литер О, адрес места осуществления деятельности: 198095, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литер О. Основной государственный регистрационный номер: 1127847612188, телефон: +78122525786, адрес электронной почты: office@zavod-emo.ru

в лице Генерального директора Ле Евгения Алексеевича

заявляет, что Аквадистиллятор электрический ДЭ-4М, Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М, Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Электромедоборудовани», место нахождения (адрес юридического лица): 198095, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литер О, адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 198095, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литер О, Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9452-001-23159878-2013 "Аквадистилляторы электрические ДЭ-М" Код ТН ВЭД ЕАЭС 9018908409, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 001/D-15/10/21 от 15.10.2021 года, выданного Испытательным центром диагностики электротехнических изделий и машин ООО "Вега" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ08)

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.10.2026 года включительно

(подпись)



Ле Евгений Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.91218/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.10.2021 года