



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июля 2021 года № РЗН 2021/14734

На медицинское изделие
**Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.12-004-18025526-2020
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМСТИЛ"
(ООО "ФАРМСТИЛ"), Россия,
140030, Московская область, Люберецкий район, р.п. Малаховка, п. Овражки,
ул. Лесопитомник, д. 10/1, офис 203

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМСТИЛ"
(ООО "ФАРМСТИЛ"), Россия,
140030, Московская область, Люберецкий район, р.п. Малаховка, п. Овражки,
ул. Лесопитомник, д. 10/1, офис 203

Место производства медицинского изделия
ООО "ФАРМСТИЛ", Россия, 140030, Московская область,
Люберецкий муниципальный р-н, р.п. Малаховка, п. Овражки,
ул. Лесопитомник, д. 10/1, 2 этаж, пом. 203, 43, 44, 45

Номер регистрационного досье № РД-39702/101840 от 01.03.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах
приказом Росздравнадзора от 07 июля 2021 года № 6332
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0058083

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2021 года

№ РЗН 2021/14734

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.12-004-18025526-2020

с принадлежностями, варианты исполнения:

I. Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ СП1/1А; СП1/2А; СП1,5/1А; СП1,5/2А; СП1/1Р; СП1/2Р; СП1,5/1Р; СП1,5/2Р, в составе:

1. Стерилизатор паровой.
2. Руководство по эксплуатации.
3. Установка получения деминерализованной воды (при необходимости).
4. Умягчитель воды (при необходимости).
5. Компрессор воздушный (при необходимости).
6. Облицовочные панели стерилизатора (при необходимости).
7. Вставка внутрикамерная для поддонов (при необходимости).

Принадлежности:

1. Тележка загрузочная - не более 4 шт.
2. Стеллаж загрузочный - не более 4 шт.
3. Полка для стеллажа загрузочного - не более 8 шт.
4. Полка выдвижная - не более 4 шт.
5. Механизм загрузочный для корзин - не более 2 шт.
6. Панели облицовочные для разделения зон стерилизатора - 1 комплект.
7. Корзина проволочная 1 СТЕ - не более 100 шт.
8. Корзина проволочная 1/2 СТЕ - не более 100 шт.
9. Корзина проволочная ISO - не более 100 шт.
10. Бумага для принтера - не более 20 шт.
11. Стеллаж загрузочный для стоматологических поддонов - не более 4 шт.
12. Поддон перфорированный на роликах - не более 10 шт.
13. Поддон неперфорированный на роликах - не более 10 шт.
14. Кассета стоматологическая - не более 120 шт.
15. Поддон перфорированный из нержавеющей стали - не более 4 шт.
16. Поддон перфорированный алюминиевый - не более 4 шт.
17. Поддон неперфорированный - не более 4 шт.

II. Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ СП2/1Т; СП2/2Т; СП3/1Т; СП3/2Т; СП4/1Т; СП4/2Т; СП6/1Т; СП6/2Т; СП8/1Т; СП8/2Т; СП10/1Т; СП10/2Т; СП12/1Т; СП12/2Т, в составе:

1. Стерилизатор паровой.
2. Руководство по эксплуатации.
3. Облицовочные панели стерилизатора (при необходимости).

Принадлежности:

1. Тележка загрузочная - не более 4 шт.
2. Стеллаж загрузочный - не более 4 шт.
3. Полка для стеллажа загрузочного - не более 8 шт.
4. Полка выдвижная - не более 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0085 39

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июля 2021 года

№ РЗН 2021/14734

Лист 2

5. Механизм загрузочный для корзин - не более 2 шт.
6. Панели облицовочные для разделения зон стерилизатора - 1 комплект.
7. Корзина проволочная 1 СТЕ - не более 100 шт.
8. Корзина проволочная 1/2 СТЕ - не более 100 шт.
9. Корзина проволочная ISO - не более 100 шт.
10. Бумага для принтера - не более 20 шт.
11. Стеллаж загрузочный для стоматологических поддонов - не более 4 шт.
12. Поддон перфорированный на роликах - не более 10 шт.
13. Поддон неперфорированный на роликах - не более 10 шт.
14. Кассета стоматологическая - не более 120 шт.
15. Поддон перфорированный из нержавеющей стали - не более 4 шт.
16. Поддон перфорированный алюминиевый - не более 4 шт.
17. Поддон неперфорированный - не более 4 шт.
- III. Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ СП4/1К; СП4/2К; СП6/1К; СП6/2К; СП8/1К; СП8/2К; СП10/1К; СП10/2К; СП12/1К; СП12/2К, в составе:
 1. Стерилизатор паровой.
 2. Руководство по эксплуатации.
 3. Облицовочные панели стерилизатора (при необходимости).
- Принадлежности:
 1. Тележка загрузочная - не более 4 шт.
 2. Стеллаж загрузочный - не более 4 шт.
 3. Полка для стеллажа загрузочного - не более 8 шт.
 4. Полка выдвижная - не более 4 шт.
 5. Механизм загрузочный для корзин - не более 2 шт.
 6. Панели облицовочные для разделения зон стерилизатора - 1 комплект.
 7. Корзина проволочная 1 СТЕ - не более 100 шт.
 8. Корзина проволочная 1/2 СТЕ - не более 100 шт.
 9. Корзина проволочная ISO - не более 100 шт.
 10. Бумага для принтера - не более 20 шт.
 11. Стеллаж загрузочный для стоматологических поддонов - не более 4 шт.
 12. Поддон перфорированный на роликах - не более 10 шт.
 13. Поддон неперфорированный на роликах - не более 10 шт.
 14. Кассета стоматологическая - не более 120 шт.
 15. Поддон перфорированный из нержавеющей стали - не более 4 шт.
 16. Поддон перфорированный алюминиевый - не более 4 шт.
 17. Поддон неперфорированный - не более 4 шт.

≡

Руководитель Федерально службы
надзора в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0085840