ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июня 2024 года № РЗН 2024/22864

На медицинское изделие
Велоэргометр ВМ-01-"Р-Д"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Монитор" (ООО "НПП "Монитор"),
Россия, 344068, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону,
ул. Краснокурсантская, д. 104А**

Производитель
**Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Монитор" (ООО "НПП "Монитор"),
Россия, 344068, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону,
ул. Краснокурсантская, д. 104А**

Место производства медицинского изделия
ОАО "Гомельское конструкторное бюро "Луч", 246012, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Объездная, 7

Номер регистрационного досье **№ РД-60840/1095 от 14.02.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 07 июня 2024 года № 3403
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения** **Д.В. Пархоменко**

0067771

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июня 2024 года **№ РЗН 2024/22864**

Лист 1

На медицинское изделие
Велоэргометр ВМ-01-"Р-Д", в составе:
- велоэргометр ВМ-01-«Р-Д», МТЦ.130.00.000, ООО «НПП» Монитор», Россия. - 1 шт.;
- кабель, АТА6.644.297, ОАО «ГКБ «Луч», Республика Беларусь - 1 шт.;
- сетевой фильтр «PilotPro», P1707, ZIS Company, Россия - 1 шт.;
- предохранитель ВП 1-1 2А, АГО.481.303 ТУ, ОАО «Радиодеталь», Россия - 2 шт.;
- принадлежности: комплект для контроля технического состояния в составе: груз АТА6.392.026, рычаг АТА 6.354.061, кабель АТА6.645.330, кабель АТА6.644.299, штырь АТА8.126.363, ОАО «ГКБ «Луч», Республика Беларусь - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации, МТЦ.130.00.000 РЭ, ООО «НПП» Монитор», Россия - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.В. Пархоменко**

0137 99